РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА (АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ) № **018/2-251**

Регистратор качества электроэнергии Fluke VR1710		
Инвентарный номер	Заводской №	№ в Госреестре
9080	**1572052**	-

Назначение: измерение характеристик электрического тока

Технические характеристики.	Место хранения. Условия эксплуатации
Диапазон измерений напряжения переменного тока, В 70 – 300	к. 155; (0 … 40) °С; RH не более 85 %
Диапазон измерений частоты, Гц 47 – 52	
Предел допускаемой погрешности, В ± 0,5 %	
Предел допускаемой погрешности, Гц ± 0,02	

Результаты первичной калибровки от 30 августа 2012 г.

Проверяемая характеристика	Установленное значение	Допускаемое значение
Протокол первичной калибровки отсутствует	-	-

Периодичность калибровки: по мере надобности.

Техническое обслуживание проводится при поверке (калибровке)

Средство измерений пригодно для использования в лаб 251 в соответствии с назначением с характеристиками и в условиях указанных выше.

Ответственный за состояние СИ и ВО _____ Мигаль П.В.

Журнал периодической калибровки и технического обслуживания.

№ свид. (серт.)	Дата проведения	Результат
21	30/04/12	удовл.